



证书编号: 2013140497S

江西省赣县疾病预防控制中心 检 验 报 告 单

赣县疾检字(2009)05-148号

样品名称: 1ml注射器、2.5ml注射器等4件

受检单位: 阳埠乡大龙村卫生所刘建苏

生产单位: //

检验类别: 抽样检验

抽样单位: 赣县疾病预防控制中心

报告日期: 2009年7月13日

受检单位	阳埠乡大龙村卫生所刘建苏			样品件数	4件	
样品名称	1ml注射器、2.5ml注射器等4件					
样品状态	无菌采样			商 标	//	
抽样日期	2009-7-1	检验日期	2009-7-1 至 2009-07-13		代表批量	//
抽样方法	无菌采样	抽样地点	注射室		抽样人	何鹏、黄信、湛
执行标准	GB15982-1995					
检验项目	菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌					
检验依据	GB15982-1995					
检验仪器	电热恒温干燥箱№17					
编号	样品名称	检验项目	检测结果	标准值	计量单位	
05-148	1ml注射器	菌落总数	0	0	cfu/100cm ²	
		溶血性链球菌	未检出	不得检出	—	
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	—	
		沙门氏菌	未检出	不得检出	—	
05-149	2.5ml注射器	菌落总数	0	0	cfu/100cm ²	
		溶血性链球菌	未检出	不得检出	—	
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	—	
		沙门氏菌	未检出	不得检出	—	
05-150	5ml注射器	菌落总数	0	0	cfu/100cm ²	
		溶血性链球菌	未检出	不得检出	—	
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	—	
		沙门氏菌	未检出	不得检出	—	
05-151	医用棉签	菌落总数	0	≤200	cfu/100cm ²	
		溶血性链球菌	未检出	不得检出	—	
		金黄色葡萄球菌	未检出	不得检出	—	
		沙门氏菌	未检出	不得检出	—	
		(本栏以下空白)				
检验结论: 所检4件样品均符合GB15982-1995的规定。						
2009年7月13日						
备 注:						

主检:

审核:

批准: